

入札公告

(説明書)

次のとおり一般競争入札に付します。

令和6年8月13日

社会福祉法人^{恩賜}財団^{済生会}西条病院
院長 石井 博

1. 入札概要

- (1) 件名
- (2) 多用途透析用監視装置 DCS-200si Type RWF (3台) 一式
- (3) 内容
別紙「仕様書」による
- (4) 納入場所
済生会西条病院
- (4) 納入期日
令和7年3月末日

2. 参加する者に必要な事項

次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

- (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
- (2) 参加資格確認申請日から入札実施日までの間、愛媛県知事が行う入札参加資格停止の期間中でない者であること。
- (3) 法人の支部長若しくは支部長の親族(6親等以内の血族、配偶者又は3親等以内の姻族)が役員に就いている業者など、法人の支部長が特別の利害関係を有する業者でないこと。
- (4) 本件の仕様に適合する物品であることを確認できる者であること。
- (5) 本件を納入期日までに納品することが可能な者(確約書要)
- (6) 200床以上の医療機関において業務委託実績を有すること。
- (7) 同一入札に親会社・子会社(会社法第2条第3号及び第4号に規定)の参加があった場合には入札を制限する。

3. 本件に関する事項等

- (1) 説明書等の配付場所及び問い合わせ先
済生会西条病院 事務長 矢野 泰利 又は 用度課 (0897-55-5436) 鷹取
愛媛県西条市朔日市269-1
電話番号 0897-55-5100 FAX番号 0897-55-6766

(2) 説明書及び仕様書の配付

ア 配付期日

令和6年8月13日(火)～令和6年8月26日(月)

イ 配付場所

(1)に同じ。

(3) 入札実施日

ア 日時

令和6年8月28日(水)10時45分～

イ 場所

済生会西条病院 2階講堂

4. その他の必要事項

(1) 本件において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(2) 保証金

保証金は免除する。

(3) 参加者に要求される事項

本件に参加を希望する者は、事前に参加資格確認申請書を提出すること。

なお、当該申請書の内容に関し、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

・提出書類

【8月26日(月)までに提出する書類】

参加資格確認申請書

登記簿謄本(写し)もしくは、官公庁入札参加証明書(写し)

直近年度分決算書(書式自由)

受託業務実績一覧

資本関係・人的関係書

【8月28日(水)当日持参する書類】

委任状(代理人の場合のみ)

入札書(3ヶ所に割印・糊つけ封印した入札書用封筒に入れたもの)

入札書・封筒の予備(2回目以降分)

名刺

・提出先 3-(1)と同様

(4) 入札の無効

2に掲げる資格を有しない者が参加した場合

参加者に求められる義務を履行しなかった者が参加した場合

説明書に違反した場合

(5) 契約書作成の要否

要 契約に至った場合には速やかに契約書を作成すること。

(6) 落札者の決定方法

予定価格の範囲内で、最低価格を提示した者を落札者とする。

予定価格の範囲内の価格での入札がないときは、再度の入札を行う。(再度入札は最低価格を下回る金額を提示のこと。最低価格を下回る入札ができない場合は辞退となる。) 入札回数は3回を限度とし、予定価格の範囲以内にて同額の提示があった場合にはくじ引きにて決定する。落札しない場合においては、最低価格提示者との見積もり協議に移行する。

(7) お願い

入札時、状況写真をとらせていただきます。目的を保管用としており目的以外に使用いたしませんのでご了承ください。

日機装社製 多用途透析装置 仕様書

1 品名及び規格（型番）、メーカー、数量等

メーカー名	品名	数量
日機装	多用途透析用監視装置 DCS-200Si type RWF	3台

(内訳)	多用途透析用監視装置 DCS-200Si type RWF	3式
	圧ライン	
	補液ポンプ	
	推定血流量モニター	
	ダブル微粒子ろ過フィルター	
	吸光度センサー（透析モニター）	
	排液ポート	
	透析液ポートCタイプ	
	昇圧式血圧計	
	Bvplus	
	透析液出口圧モニター 取付	
	ダイアライザー血液入口圧モニター 取付	
	ダイアライザーホルダ	
	ナースコール	
	余液受け	
	スタンド・両サイド	
イルリゲータスタンド（スタンドのみ）		
搬入設置試運転調整		

2 メンテナンス

- 一次メンテナンスが行えること
- 緊急時に修理対応が行えること

3 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には当院に連絡すること
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類を提出すること
 - ア 機器の構造、機能及び取扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細の一覧表
 - ウ 発注したメーカー名・規格・シリアルナンバー等が明確に確認できるもの（納品書へ記載）
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

4 納入期限

平成37年3月31日

5 納入場所

済生会西条病院 透析室

6 その他

契約書作成に係る費用、銀行振込手数料は受注者にて負担する。

この仕様書に定めない事項又は、疑議を生じた場合は、双方協議のうえ、その都度決定する。

※ 多用途透析装置は、以下の要件を満たすこと

- 本体は幅330mm×奥行465mm×高さ1,345mm以下であること
- 液晶画面入力が可能なこと
- 透析中の除水ポンプ吐出精度の連続監視を行えること
- 透析中の装置TMPを自動算出し警報設定を行うこと
- 光学式検出感度0.5mL/L以上の漏血検出器を備えること
- 微小気泡検出機能を有すること
- 緊急時のバックアップバッテリーを有すること
- 生食液・透析液両方でプライミングが行えること
- ブラッドボリューム計による血液監視機能を有すること
- バスキュラーアクセス再循環率測定機能を有すること
- 血圧計は直接加圧方式を採用していること
- D-FAS(自動化ユニット)が内蔵されていること
- 透析液流量が100ml~700ml/minが可能であること