

高周波手術装置エルベVIO3 一式 仕様書

1 品名及び規格(型番)、メーカー、数量等

メーカー : アムコ

	品 名	規 格	数 量
	高周波手術装置エルベVIO3		
1	VIO3 5 ソケットモデルC	E125006	1
2	VIO3用1 ペダルフットリモート付スイッチ	E123302 20188-350	1
3	VIO3用2 ペダルフットリモート付スイッチ 仕切り板付	E123303 20189-352	1
4	システムキャリーコンパクトプラス	E121601	1
5	システムキャリー用固定具	E121605	1
6	システムキャリー用1ペダルフットスイッチマウント	E121605	1

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細の一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和8年9月末日

4 納入場所

済生会西条病院 手術室

5 検収及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに当院の指定する者の検収を受け、機器の引き渡しを行うこと。
検収の際は、発注したメーカー名・規格・シリアルナンバー等が明確に確認できるものを用意しておくこと。

6 その他

契約書作成に係る費用、銀行振込手数料は受注者にて負担する。

この仕様書に定めない事項又は、疑議を生じた場合は、双方協議のうえ、その都度決定する。