

BOWA高周波電気手術器ARC400一式 仕様書

1 品名及び規格(型番)、メーカー、数量等

メーカー：東機質

品 名	規 格	数量
ARC400	900-400	1
ARC PLU52	900-001	1
ARCTロリー	902-022	1
ARCTロリー用アルゴンボンベラック	902-933	1
トロリー用バスケット	902-912	1
トロリー用ハンドルF	902-921	1
ダブルフットスイッチペダル付	901-031	1
シングルフットスイッチペダル付	901-011	1
アルゴンプローブケーブル2.5m,3pin	932-146	1
内視鏡モノポーラケーブル2.8mm,8mmBovie4.5m	331-045	1
アルゴンガスレギュレータREF900-001	900-906	1
フレキシブルアルゴンプローブ径2.3mm,2.2m	932-149	1
洗浄アダプターフレキシブルアルゴンプローブ用 5個入	932-910	1

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他の必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細の一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和8年12月末日

4 納入場所

済生会西条病院 内視鏡室

5 検収及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに当院の指定する者の検収を受け、機器の引き渡しを行うこと。
検収の際は、発注したメーカー名・規格・シリアルナンバー等が明確に確認できるものを用意しておくこと。

6 その他

契約書作成に係る費用、銀行振込手数料は受注者にて負担する。
この仕様書に定めない事項又は、疑議を生じた場合は、双方協議のうえ、その都度決定する。