

パワーツール(ホールタイタン)一式 仕様書

1 品名及び規格(型番)、メーカー、数量等

メーカー : ジンマーバイオレット

品 名	規 格	数量
リチウムバッテリー	L3-000L-G00-00	2
スモールAOドリルアタッチメント	PR-2038-000-00	1
ジャコブスチャック 6.4mm	PR-2041-000-00	1
ハドソンドリルチャック	PR-2046-000-00	1
5:1ジンマー/ハドソンリーマー	PR-6047-000-00	1
パワープロⅡワイヤードライバー	PR-6128-000-00	1
ピンドライバーシングル用 1.8-4mm	PR-6140-000-00	1
ホールタイタン シングルトリガー	PR09100B	1
ホールタイタン オシレーティングソー	PR09300B	1

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類を提出すること。
ア 機器の構造、機能及び取扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細の一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和8年12月末日

4 納入場所

済生会西条病院 手術室

5 検収及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに当院の指定する者の検収を受け、機器の引き渡しを行うこと。
検収の際は、発注したメーカー名・規格・シリアルナンバー等が明確に確認できるものを用意しておくこと。

6 その他

契約書作成に係る費用、銀行振込手数料は受注者にて負担する。

この仕様書に定めない事項又は、疑議を生じた場合は、双方協議のうえ、その都度決定する。